


◇ 162タイプ

線源部は銀盤の上に酸化アメリシウムを拡散させ、
金、もしくはパラジウム、もしくは金パラジウム合金
(厚さ1~2 μ m)で密封した構造となっています。



(1)法令規制対象外密封線源 お取り扱いしておりません。

(2)表示付認証機器

- 表示付認証機器の名称： アルファ線源 162CE
 - 表示付認証機器の番号： \oplus 076
 - 使用の目的：放射線及び放射能測定器の校正、動作確認、実験、研究、教育用
- ※この使用の目的は、設計認証の認証条件となっております。この目的以外でのご使用はできません。

核種	公称放射能	コード番号	納期
Am-241	4MBq	AM162CE	4週間

(3)法令規制対象密封線源

核種	公称放射能	コード番号	納期
Am-241	4MBq	AM162	4週間